


TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO.


1.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais para Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Aquisição de Materiais e Equipamentos destinados ao Hospital Municipal Benito Mussilne de Sousa de Vargem Grande/MA. Conforme Especificações do Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

1.2 A empresa licitante, deverá elaborar proposta de preço conforme as condições estabelecidas neste Termo de Referência. Ressaltamos que a proposta de preço deverá se referir aos itens objeto do Edital de Licitação, porém no quantitativo integral dos itens cotados, pois não serão aceitas propostas que contemplem quantitativos parciais.


| ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|--------|---------------|---------------|
| 1 | Carro para Transporte de Roupa em Inox - Totalmente construído em chapa de aço inoxidável, tampa com alça e paracheque de borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com giro de 360°, válvula para escoamento de líquidos e capacidade para 350 litros, produto perfeito para a utilização em hospitais, pronto socorros, clínicas e serviços de pronto atendimento. | und | 2 | R\$ 4.475,00 | R\$ 8.950,00 |
| 2 | Carro de Emergência com 4 gavetas com mesa superior em aço inox, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, suporte para cardioversor ou desfibrilador, tábua para massagem cardíaca e tomada elétrica. | und | 2 | R\$ 2.846,67 | R\$ 5.693,34 |
| 3 | Bisturi Eletrônico Precision TC4 | und | 2 | R\$ 47.170,00 | R\$ 94.340,00 |
| 4 | Cardioversor Monitorização de ECG + Desfibrilação Manual e Cardioversão (choque sincronizado). | und | 2 | R\$ 26.893,33 | R\$ 53.786,66 |
| 5 | Monitor Multiparametrico CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS " Tela de 12.1 polegadas; " Portátil - com alça incorporada ao Monitor; " Identificação do paciente; " Comunicação em rede; " Bateria interna recarregável; " Alimentação: 100 a 240 Vac. automático. PARÂMETROS VITAIS MONITORADOS DE SÉRIE " ELETROCARDIOGRAMA (ECG) " OXIMETRIA DE PULSO (SPO2) " PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) " TEMPERATURA 2 CANAIS " RESPIRAÇÃO PARÂMETRO OPCIONAIS " PRESSÃO INVASIVA (PI) 2 CANAIS " IMPRESSORA " CAPNOGRAFIA | und | 2 | R\$ 19.790,00 | R\$ 39.580,00 |
| 6 | Foco Cirúrgico 2 cúpulas - SKYLED de Teto Dois Braços 120 + 120 (120.000 LUX Cada Cúpula) | und | 1 | R\$ 53.360,00 | R\$ 53.360,00 |
| 7 | Carrinho para Transporte de Cilindro de Oxigênio | und | 2 | R\$ 1.186,67 | R\$ 2.373,34 |
| 8 | Lixeira Inox com Tampa e Pedal, 50 Litros | und | 20 | R\$ 710,00 | R\$ 14.200,00 |
| 9 | Bomba vacuo asp. c/ pedestal e 2 boioes - 1001vf-pe2 Motor: Monofásico com capacitor de 1/5HP Proteção do motor: Através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a | und | 3 | R\$ 4.993,33 | R\$ 14.979,99 |




| | | | | | | |
|----|---|-----|---|----------------|----------------|--|
| | temperatura volta ao normal Rotações: 1.750 rpm Consumo: Baixo(aproximadamente 341w) Tensão de alimentação: Automática 127/220V Amperagem: 2.4A em 127V e 125A em 220V Compressor: A pistão oscilante Lubrificação: Isento Fluxo: 34 litros de ar por minuto(livre) Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio(hg) Vacuômetro: Para indicação do vácuo gerado Frasco coletor: Com capacidade de 3,25 litros de plástico Tampa do frasco:Borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada Válvula de segurança:Contra transbordamento do frasco | | | | | |
| 10 | Bomba Vácuo Aspiradora (Sugador de Sangue e Secreção) Bomba de Vácuo tipo pistão, -Vácuo máximo de 25 polegadas de Hg, -Vazão livre 34 lts/min., -Capacidade do Frasco Coletor: 1 litro, -Motor de 1/5 HP | und | 5 | R\$ 793,33 | R\$ 3.966,65 | |
| 11 | Mesa Cirúrgica inox Elétrica, com kit parto obstétrico, exame ginecológico - CAPACIDADE: para pacientes de até 360 Kg. Deslizamento Longitudinal de 350mm para ambos os lados. Sistema de emergência de acionamento automático em casos de falta de energia. 2 controles - 1 de mão e 1 painel de controle fixo na coluna da mesa e chave geral Sistema elétrico de travamento das 4 rodas Tecla de posição "zero" - que volta a posição inicial da mesa | und | 1 | R\$ 60.659,33 | R\$ 60.659,33 | |
| 12 | Eletrocardiógrafo Portátil ECG-12S-PC - Ecafix - Conexão USB | und | 1 | R\$ 13.100,00 | R\$ 13.100,00 | |
| 13 | Ultrassom + TRANSDUTOR LINEAR L742 P/ ULTRASSOM FT422/FT412 + TRANSDUTOR CONVEXO 3C-A P/ ULTRASSOM FT422/FT412 + TRANSDUTOR ANSVAGINAL/ENDOCAVITÁRIO 6V3 P/ ULTRASSOM FT422 | und | 1 | R\$ 198.200,00 | R\$ 198.200,00 | |
| 14 | MAMOGRAFO ANALÓGICO Controle automático de exposição com 8 sensores de estado sólido, selecionados automaticamente (sem acionamento mecânico), evitando assim erro de posicionamento do sensor. Flexibilidade na calibração do exposímetro facilitando a compatibilização com qualquer tipo de tecnologia de aquisição de imagem (CR/DR). Rotação isocêntrica em torno da mama de +/- 180°. Biombo de proteção com equivalência em chumbo de até 0,4 mmPb. TUBO DE RAIOS-X • Fabricante IAE. • Sistema com microfocos. • Anodo giratório de alta rotação com alta capacidade térmica. GERADOR • Alta frequência/microprocessado. • Faixa de kV de 20 a 40 kV. • Faixa de mA 20 a 140 mA. • Faixa de mAs de 1 a 800 mAs. MODOS DE EXPOSIÇÃO • Automático – seleção automático kV e mAs para foco grosso e foco fino. • Semi-automático – operador seleciona kV. | und | 1 | R\$ 490.660,00 | R\$ 490.660,00 | |




| | | | | | | |
|----|--|-----|----|----------------|----------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• Manual – operador seleciona kV / mA / mAs e filtro (se necessário).• Otimizado – automático, com ênfase no contraste. BUCKY <ul style="list-style-type: none">• Receptores com tamanhos 18x24cm e 24x30cm.• Grade móvel motorizada. MAGNIFICAÇÃO <ul style="list-style-type: none">• Bucky de magnificação com fatores de 1.5x, 1.6x e 1.8x.• Detecção automática de magnificação.• Seleção automática de Foco fino.• Controle automático de exposição. MODO DE COMPRESSÃO <ul style="list-style-type: none">• Pré-compressão selecionável de 1 a 3 kg, minimizando desconforto para o paciente.• Compressão motorizada com limitação automática do valor da força aplicada.• Redução automática da velocidade ao encostar na mama. Sistema de colimação <ul style="list-style-type: none">• Filtros: Molibdênio e Ródio, com seleção automática por software.• Colimação motorizada automática, que evita irradiação desnecessária ao paciente. | | | | | |
| 15 | DIGITALIZADOR CR: Sistema monocassete, de mesa, para Raios X e Mamografia | und | 1 | R\$ 199.233,33 | R\$ 199.233,33 | |
| 16 | NOBREAK 3 KVA PARA CR DIGITAL para uso em radiologia geral | und | 1 | R\$ 33.133,33 | R\$ 33.133,33 | |
| 17 | MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR ESPECIFICAÇÕES - Estrutura em tubo de aço redondo; - Tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono; - Puxador | und | 30 | R\$ 791,00 | R\$ 23.730,00 | |
| 18 | Escada 2 Degraus Antiderrapante Pintura Epoxi Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada degraus revestidos com material sintético antiderrapante pés com ponteiros de PVC Dimensões externas aproximadas comp. 0,38 cm x larg. 0,37 cm x alt. 0,41 cm. Altura do 1 degrau ao piso 18 cm. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 23 cm. Espessura da chapa do piso 0,91 mm bitola 20. Piso de chapa de aço carbono Dimensões aproximadas do degrau (piso) compr. 0,34 cm x larg. 0,15 cm | und | 30 | R\$ 229,67 | R\$ 6.890,10 | |
| 19 | Cama hospitalar Motorizada 8 movimentos - Acompanha Colchão D28 CAMA HOSPITALAR: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, trendelemburg, Proclive, Posição Poltrona. Regulagem de altura (56 a 78 cm). Inclinação do leito de 55° Graus. Acionamento através de motores elétricos bivolt, com controle remoto. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo. Suporte de soro acoplado na cama. Acompanha grades em material termoplástico injetado. Base revestida em carenagem decorativa. Rodízios decorativos de 4" com freio na agonal; Capacidade máxima: 150kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90. ACOMPANHA COLCHÃO D28 ADESIVOS DECORATIVOS VENDIDOS SEPARADAMENTE | und | 30 | R\$ 18.910,00 | R\$ 567.300,00 | |
| 20 | Colchão Hospitalar D33 Napa Impermeável - Colchão Hospitalar - 0,88x1,88x0,14 - Napa Azul Dimensões(Cm): Comprimento(Profundidade): 188,00 x Largura: 88,00 x Altura: ,00 BENEFÍCIOS EXTERNOS DO COLCHÃO Tipo Tecido de Forração Revestimento - Napa Impermeável Tecido com Tratamento - Resistente a Água - AntiÁcaro e AntiFungo Modo de Utilização - | und | 60 | R\$ 993,33 | R\$ 59.599,80 | |




| | | | | | |
|----|--|-----|----|--------------|---------------|
| | Sistema Double Side CARACTERÍSTICAS INTERNA DO COLCHÃO Tipo de Estrutura do Bloco de Espuma - D33 Outras Características Internas - Poliol Vegetal ACTERÍSTICAS GERAIS DO COLCHÃO Suporte de Peso - até 110 Kg Tipo de Conforto - Macio com Firmeza | | | | |
| 21 | Cadeira de Rodas Hospitalar em Aço Inox com Suporte de Soro ESPECIFICAÇÕES: - Estrutura em tubo de aço inox redondo - Assento e encosto fixos - Rodas dianteiras fixas de 6" e traseiras giratórias de 3" com sistema de freio em polipropileno Dimensões aproximadas: 0,55 x 0,50 x 0,90m (C x L x A) Capacidade: Até 110 Kg | und | 10 | R\$ 3.856,33 | R\$ 38.563,30 |
| 22 | Maca para Transporte em Aço Inox •Estrutura fabricada em tubos de aço inox •Leito removível fabricado em chapa de aço inox •Sistema de articulação da cabeceira através de cremalheira •Grades laterais em aço inox •Acompanha suporte de soro em aço inox com regulagem de altura •Acompanha suporte para cilindro de oxigênio em aço inox tentes de silicone nas extremidades •Rodízios giratórios Ø 125mm sendo dois com travas Dimensões: Alt. 85cm-Comp. 1,90m x Larg. 65Cm | und | 4 | R\$ 4.920,00 | R\$ 19.680,00 |
| 23 | Carro para Transferência Totalmente em Aço Inox Peso: 40 Kg Detalhes: • Para Centro Cirurgico Composto de 02 Carros em Aço Inox • 01 Leito em Chapa de Aço Inox • Carros em Tubos de 1.1/4 com Dispositivos para Deslizar e Fixar os Carros • Armação Tubular em Aço Inox • Travas com Movimentos Suaves e de Fácil Manejo • Leito Provido de Parchoque de Borracha em Toda a Volta • Acompanha Par de Grades em Aço Inoxidável • Acompanha Suporte Soro • Carros Sobre Rodízios de 5" Reforçados de Borracha Sendo 02 com Freio Dimensões Externas: • Comprimento: 1,90cm • Largura: 0,60 cm • Altura: 0,80 cm | und | 2 | R\$ 8.896,67 | R\$ 17.793,34 |
| 24 | Cadeira de Banho em Aço Inox 120kg •Estrutura fabricada em tubos de aço inox •Apoio para os pés fabricado em tubo de aço inox •Assento fabricado em tubo de aço inox com assento higiênico em PVC •Uso adulto e pediátrico: Capacidade de carga de até 120 quilos • 4 rodízios giratórios de Ø75mm, sendo dois com travas e dois sem travas Dimensões: Alt. 1,00m x Larg. 60cm x Prof. 80cm | und | 10 | R\$ 1.916,67 | R\$ 19.166,70 |
| 25 | Poltrona para Acompanhante; Poltrona para Descanso Material da Estrutura Aço - Tubo 1" x 1,20mm Capacidade 150Kg Dimensões e Peso 75,0 x 55,0 x 160,0 cm (A,L,C) - 30 Kg Registro Anvisa Isento Garantia do Fornecedor 1 Ano contra defeitos de fabricação Pintura Epoxi | und | 30 | R\$ 1.973,33 | R\$ 59.199,90 |
| 26 | Suporte de Soro de aço inoxidável Especificações Técnicas: - Altura Fixa; - 4 Pés com perfil quadrado 20x20mm c/ Rodas - Estrutura tubular em aço inox 304 redondo; | und | 30 | R\$ 789,33 | R\$ 23.679,90 |




| | | | | | |
|----|--|-----|----|----------------|----------------|
| | - Pés com rodízios giratórios de 2 (51.08mm) - Dimensões: 1,010m (Altura mínima) 2,00m altura (Altura máxima) x 0,40m largura x 0,40m profundidade. - 4 ganchos de inox 304 no Ø 3,175 mm. | | | | |
| 27 | Suporte de Soro Para Parede Inox - - Haste em tubo de aço inox AISI 304 de Ø7/8" x 1,20mm; - Com 4 ganchos e giro de 180°; - Dimensões: 0,80m (C). | und | 30 | R\$ 500,00 | R\$ 15.000,00 |
| 28 | Mesa Semi Circular Inox 120X40X80cm com Rodízios - Altura: 80,00 Centímetros Largura: 40,00 Centímetros Profundidade: 1,20 Metros Peso: 18,00 Kilogramas | und | 2 | R\$ 2.809,33 | R\$ 5.618,66 |
| 29 | Mesa Auxiliar Inox c/ Rodas 1,00 x 50 x 80 cm Especificação: Estrutura tubular em inox redondo, tampo e prateleira em chapa de aço, inox de alta resistencia, pés com rodízios de 2" | und | 2 | R\$ 2.809,33 | R\$ 5.618,66 |
| 30 | Carro para Curativo Inox Detalhes: • Armação Tubular Tampo e Prateleira em Chapa de Aço Inóx • Pés com Rodízios de 3" • Varandas e Suporte para Balde e Bacia Inox • Balde de 5 Litros em Inox • Bacia de 3 litros em Inox | und | 6 | R\$ 2.283,33 | R\$ 13.699,98 |
| 31 | Inalador Hospitalar com 4 saídas e suporte com rodízios Características Técnicas Tensão: Bivolt automático (127/220V); Frequência: 60Hz; Fusível: 5A - Ação rápida 2cm; Proteção térmica: <150°C; Compressor: 150W ou 1/5CV; Pressão máxima: >30 PSI; Estabilidade mecânica: fixos com pés de borracha; Tempo de nebulização: em torno de 15 min (para 5ml) podendo variar dependendo do medicamento utilizado; | und | 6 | R\$ 3.893,33 | R\$ 23.359,98 |
| 32 | Braçadeira para injeção inox Detalhes: • Altura Regulável por Mandril • Totalmente Inox • Concha Inox Dimensões externas aproximadas: • Comprimento 0,40 cm • Profundidade: 0,40 cm • Altura: 0,92 m | und | 6 | R\$ 500,00 | R\$ 3.000,00 |
| 33 | Longarina Iso 5 lugares em polipropileno | und | 10 | R\$ 1.383,33 | R\$ 13.833,30 |
| 34 | Berço com Cesto em AcrílicoIndicações Armação tubular em aço, leito em tiras de aço, pés com rodizio de 2, perfeita para o uso em hospitais, pronto socorros, clínicas e serviços de pronto atendimento. Diferenciais e benefícios - Cesto Acrílico; - Armação em Aço em pintura epóxi; - 1 Prateleira abaixo; - Cesto com Movimento Trendelemburg Manual; - Pés Com Rodizio de 2. Itens inclusos 01 Berço com Cesto em Acrílico Altura do produto (cm) 75,00 Largura do produto (cm) 41,00 Profundidade do produto (cm) 73,00 | und | 10 | R\$ 2.720,00 | R\$ 27.200,00 |
| 35 | Protetor de tireoide em borracha plumbífera | und | 2 | R\$ 593,33 | R\$ 1.186,66 |
| 36 | Avental de proteção radiológica para peito costas de borracha plumbífera | und | 2 | R\$ 3.856,33 | R\$ 7.712,66 |
| 37 | Suporte de parede para avental RX plumbífero chumbo inox | und | 2 | R\$ 1.330,00 | R\$ 2.660,00 |
| 38 | Serra Elétrica para Cortar Gesso | und | 2 | R\$ 3.823,33 | R\$ 7.646,66 |
| 39 | AUTOCLAVE HORIZONTAL capacidade 137 litros, projetado e construído para ser usado em hospitais, clínicas médicas e centros de saúde para esterilização de materiais e utensílios diversos. Comando: Controlador microprocessado PHA-08 Capacidade nominal da câmara: 100 litros | und | 1 | R\$ 186.333,33 | R\$ 186.333,33 |




| | | | | | |
|----|---|-----|----|--------------|----------------|
| | <p>Dimensões internas (DxP): 40x80 cm Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 165x65x125 cm Tipo/Número de portas: 1 (uma) Porta Volante Central (1P/VC) Potência: 11KW Tensão: 220 V Trifásico Funcionamento: Através de gerador elétrico acoplado (E) Secagem: Bomba de vácuo de ¼ HP 220/380V 60Hz trifásica Instrumentos: Manovacuômetro indicativo para pressão e vácuo na câmara interna Instrumentos: Manometro indicativo para pressão na câmara externa (jaqueta) e gerador de vapor</p> | | | | |
| 40 | <p>Autoclave camara em aço inox 21 litros Tensão: 127V ou 220V Frequência: 50Hz/ 60Hz Potência: 1600Watts Pressão de Esterilização: 1,2Kgf/cm² ± 0,2 Kgf/cm² a 2,2Kgf/cm² ± 0,2Kgf/cm² Temperatura de Esterilização: 121°C ± 2°C a 134°C ± 2°C Secagem: Porta Entreaberta Remoção do Ar: Gravitacional Abastecimento: Manual (Copo Dosador) - 300ml Monitoração das Informações/Processos: Display LCD Mensagens e Alertas: Alertas sonoros (bips) são emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização, durante o processo, ao término e nas situações de alarme. Todas as mensagens de operação e etapas do processo são informadas e visualizadas no display LCD. Gabinete: Aço Carbono com Pintura Eletrostática Dimensões Externas (Comp. X Larg. X Alt.) mm: 648 X 375 X 375 Câmara: Aço Inox ASI 304 Dimensões Internas da Câmara (Ø x Comp.) mm: 230 X 512 Volume da Câmara: 21 Litros Bandejas: 3 Suporte de Envelopes: Opcional Peso Líquido (Kg): 24,5</p> | und | 20 | R\$ 6.856,67 | R\$ 137.133,40 |
| 41 | Detector Fetal Ultra-Sônico Mini-Sonar | und | 30 | R\$ 580,67 | R\$ 17.420,10 |
| 42 | Balança Antropométrica Digital - adulto | und | 15 | R\$ 1.823,33 | R\$ 27.349,95 |
| 43 | Balança pediátrica digital | und | 15 | R\$ 1.330,00 | R\$ 19.950,00 |
| 44 | Caneta Alta Rotacao Spray Triplo | und | 30 | R\$ 876,33 | R\$ 26.289,90 |
| 45 | Contra Angulo Intra | und | 30 | R\$ 876,33 | R\$ 26.289,90 |
| 46 | Micro motor intra sem refrigeração | und | 30 | R\$ 889,67 | R\$ 26.690,10 |
| 47 | Fotopolimerizador sem fio | und | 30 | R\$ 876,33 | R\$ 26.289,90 |
| 48 | <p>Compressor de Ar - Capacidade: 2 consultórios com Bomba de Vácuo; 1 consultórios sem Bomba de Vácuo. Tecnologia: Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Reservatório: Capacidade de 40 litros; Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática); Possui aberturas laterais, para futuras inspeções; Reservatório de ar certificado pelo INMETRO (Selo Compulsório). Motor: Com 1,2 HP e dois cabeçotes; Novo modelo e design, com maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica; Possui reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida útil.</p> | und | 20 | R\$ 8.863,33 | R\$ 177.266,60 |
| 49 | Aparelho de Pressão Aneróide c/ Estetoscópio | und | 60 | R\$ 216,67 | R\$ 13.000,20 |



| | | | | | |
|----|---|-----|----|--------------|---------------|
| 50 | Aparelho de Pressão com Pedestal e Rodízios | und | 20 | R\$ 776,67 | R\$ 15.533,40 |
| 51 | Otoscópio Características Principais: – Iluminação: Luz Amarelada (LED Branco Quente) Opcional: Luz Branca (LED Branco Frio) – Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts) – Corrente Elétrica: 0 mA (miliAmpéres) – Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas) – Temperatura de Cor: 3.750 K (Kelvin) – Branco Quente Opcional: 5.550 K (Kelvin) – Branco Frio – Vida útil: 20.000 h (horas-mínima) | und | 5 | R\$ 776,67 | R\$ 3.883,35 |
| 52 | Laringoscópio OPÇÕES DISPONÍVEIS - Cabo de Laringoscópio Infantil de Fibra Ótica, com 1 lâmina reta n. 00. - Cabo de Laringoscópio Adulto de Fibra Ótica, com 3 lâminas curvas n. 1, 2 e 3. | und | 5 | R\$ 866,67 | R\$ 4.333,35 |
| 53 | Aparelho de Pressão Automático Digital com braçadeira. | und | 10 | R\$ 779,67 | R\$ 7.796,70 |
| 54 | Neurodyn II para a estimulação neuromuscular transcutânea em tratamentos de reabilitação. INDICAÇÕES Corrente Russa Estimulo muscular; Tratamento de atrofia; Içamento de abdominais, glúteos e pernas; Aumento da força e resistência; Corrente FES (Estimulação Elétrica Funcional) Tensão e contração muscular; Espasmos musculares; Bloqueio e rigidez articular; Tratamento de cicatrizes; Redução de inchaço local; Corrente TENS (Neuroestimulação Elétrica Transcutânea): Dor crônica Dores musculares; Dor pós-irrigica; Dor no ciático; Entorses e luxações; Estimulo da circulação sanguínea; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Voltagem: Bivolt automático; Peso: 1,85 Kg; Dimensões: 26,6 x 27 x 12,5 cm (C x L x A) Corrente TENS Modo de operação: sincronizado e recíproco; Intensidade: de 0 a 250 mA; Frequência: de 0,5 a 250 Hz; Pulso: de 50 a 500;us; Corrente FES Modo de operação: sincronizado e recíproco; Intensidade: de 0 a 250 mA; Frequência: de 0,5 a 250 Hz; Pulso: de 50 a 500;us; Corrente Russa Modo: contínuo, sincronizado, recíproco; Intensidade: de 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Burst: de 10 a 100 Hz; ITENS INCLUSOS 01 Neurodyn 4 Canais - Aparelho de TENS, FES e Russa - Ibramed 01 kit de cabo azul e verde com duas vias; 01 kit de cabo preto e laranja para eletroestimulação com duas vias cada; 08 eletrodos de borracha condutiva de 5 x 5 cm; 01 manual de operações digital; 01 fusível 20AG de 5A; 01 cartela de fusível de extra; 01 bisnaga gel RMC, 100g; 01 Cabo de alimentação; | und | 5 | R\$ 2.236,67 | R\$ 11.183,35 |



| | | | | | |
|----|---|-----|---|--------------|---------------|
| 55 | <p>Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Sonopulse III Ibramed - Aparelho de Ultrassom de 1 e 3 MHz; Tecnologia: operação microcontrolada; Tela: display gráfico de LCD; Ultrassom 1 e 3 MHz; Potência: 21 W; ERA: 7 cm²; Modo de emissão: Contínuo e Pulsado; Potência de entrada - consumo: 100 V. Voltagem: Bivolt Dimensões (C x L x A) 28.0 x 26.0 x 9.0 cm Peso: 1.3 Kg ITENS INCLUSOS 01 cabo PP fêmea IEC de 2 x 0,75 x 1500mm 01 manual de operações digital 01 kit de cabeçote de silicone com NTC 01 cartela de fusível de proteção 01 fusível 20AG 5A; 01 bolsa linha Safira 01 bisnaga com gel com cap. 100g.</p> | und | 5 | R\$ 2.853,33 | R\$ 14.266,65 |
| 56 | <p>Infravermelho De Pedestal Sem Dimmer Com Lâmpada Para Fisioterapia, Termoterapia</p> | und | 5 | R\$ 650,00 | R\$ 3.250,00 |
| 57 | <p>O aparelho de ondas curtas com placa de silicone é indicado para: - Tratamentos pós-fratura - Contusões - Mialgias - Lombalgias - Auxilia o aumento de fluxo sanguíneo - Alivia dores e espasmos musculares - Diminui a rigidez articular e inflamações Garantia 18 meses de garantia (exceto válvula, cabos, eletrodos). Itens Inclusos: 01 - Par de eletrodos de placa em borracha de silicone de 12 x 17 cm. 01 - Manual do usuário. 01 - Cabo de força tripolar. 02 - Cabos (silicone) para conexão com eletrodos de placas. 04 - Distanciadores de lã (12 x 17 cm). 04 - Invólucros de tecido (algodão) para eletrodos de placas. Frequência e duração dos pulsos: Intensidade máxima de saída: Modo contínuo: 180W ± 15%. Modo pulsado: 250W (pico) ± 10%. Duração dos pulsos: 400uS ± 10%. Frequência dos pulsos: 45, 70, 85, 115, 145, 175, 200, 230, 300 e 400 Hz. ± 10%. Frequência de operação: 27,12 Mhz ± 0,6%. Temporizador: 10-30 min ± 20% com sinalização acústica e desligamento do circuito de saída.</p> | und | 2 | R\$ 8.780,00 | R\$ 17.560,00 |
| 58 | <p>Forno De Bier Com Termostato 220v - Descrição Detalhes: • Para Tronco e Membros • Com Termostato até 120°C</p> | und | 2 | R\$ 2.346,67 | R\$ 4.693,34 |



| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Revestimento Externo Todo em Alumínio• Revestimento Interno Revestido com Material isolante• Voltagem 220V Dimensões externas aproximadas: <ul style="list-style-type: none">• Comprimento: 0,68 cm• Largura: 0,53 cm• Altura: 0,43 cm | | | | |
| Valor Total | | | | R\$ 3.014.869,09 |

1.3 Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.

1.4 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

1.5 Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.

1.6 O prazo de vigência da contratação é até 31 de dezembro de 2021, contados a partir da data de sua assinatura prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A aquisição dos itens objeto deste Termo de Referência se justifica pela necessidade de garantir uma estrutura suficiente das ações administrativas dos diversos órgãos da administração municipal que apresentam grandes dificuldades no desempenho das ações.


2.2 A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório justifica-se pela maior rapidez em sua execução e a possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela Administração, pois os licitantes têm a possibilidade de reduzir preços durante o próprio processo de escolha.

2.3 Justificadamente, portanto, recomendamos por realizar-se a futura licitação, valendo-se do Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades nos requisitos fundamentais para utilização desse sistema, a saber: aquisições frequentes, quantitativo que não se pode definir previamente, e necessidade de entregas constantes e parceladas.

2.4 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

3 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na categoria de bens considerados comuns de uso geral, conforme Lei nº 10.520/02 e o Decreto nº 10.024/19, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado.



4 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1 O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do(a) a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa (única ou parcelada), no seguinte endereço indicado pelas Secretarias Municipais.

4.2 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 02(dois) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.3 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

4.4.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 São obrigações da Contratante:

5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;


5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:



- 6.1.1** efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- 6.1.1.1 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
- 6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- 6.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7 DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.


8 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

- 9.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- 9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 9.3 O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10 DO PAGAMENTO



10.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

10.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

10.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

10.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.


10.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

10.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.



10.12 10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.13 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.13.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.14 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6 / 100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11 DO REAJUSTE

11.1 Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.


11.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.



11.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

12 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

13 A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.

13.1 O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 12 (doze) meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

13.2 Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, o licitante deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

14 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

14.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

14.1.3 falhar ou fraudar na execução do contrato;

14.1.4 comportar-se de modo inidôneo;

14.1.5 cometer fraude fiscal;

14.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

14.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

14.2.2 multa moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (dias) dias;

14.2.3 multa compensatória de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

14.2.4 em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;


14.2.5 suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

14.2.6 impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

14.2.6.1A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.

14.2.6.2declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

Q



14.3 As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

14.4 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

14.4.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

14.4.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

14.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

14.6 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

14.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

14.7 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

14.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

14.9 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.


14.10 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

14.11 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

14.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

15 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

15.1 O custo estimado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.



Prefeitura de
**VARGEM
GRANDE**



Vargem Grande/MA, 02 de Setembro de 2021.

Thaís Kellen Leite de Mesquita
Secretária Municipal de Saúde
Responsável pela Elaboração do Termo de Referência