



ORTOSINTESE
ORTOPEDIA | EQUIPAMENTOS

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-046/2021-CPL/PMVG
(Processo Administrativo nº. 0101.05657.2021)

ANEXO XI – Carta Proposta do objeto

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL

Ref.: Pregão Eletrônico nº 046/2021

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para o Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à Aquisição de Materiais e Equipamentos destinados ao Hospital Municipal Benito Mussilene de Sousa de Vargem Grande/MA. Conforme Especificações do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, objeto do certame.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 94.760,00 (Noventa e quatro mil, setecentos e sessenta reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA**, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do envelope e, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA** para a assinatura do Contrato. Atenciosamente,

São Paulo, 13 de outubro de 2021.


ORTOSINTESE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
SAMUEL BALS
GERENTE NACIONAL DE VENDAS
RG. 14.921.811-4 SSP/SP
CPF. 057.573.228-88

48.240.709/0001-90

ORTOSINTESE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Prof. Affonso José Fioravanti, 63
Jaraguá - Cep: 02998-010

SÃO PAULO - SP



ORTOSINTESE
ORTOPEDIA | EQUIPAMENTOS

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-046/2021-CPL/PMVG
(Processo Administrativo nº. 0101.05657.2021)

Planilha de Quantidades e Preços

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.
Comissão Permanente de Licitações- CPL

Ref.: Pregão Eletrônico nº 046/2021

Número do edital: 046/2021-CPL/PMVG					
Órgão comprador: Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA					
Lote/Item	Descrição	Quant	Marca e Modelo	Val. Unit.	Val. Total
40	Autoclave automática horizontais braços concêntricos AC 96, capacidade de 100 litros, esterilizador automático a vapor saturado elétrico, do próprio equipamento, com vácuo pulsante, com bomba de vácuo de 1,5CV, utilizado para esterilização e secagem de instrumentais, e utensílios empacotados ou não, como tecidos, luvas, líquidos e vidraria. Equipamento utilizado na esterilização de materiais diversos nas CME's de Hospitais (Lactário), Laboratórios, Universidades, Indústrias Alimentícias e Farmacêuticas. Funcionamento (Ciclo Operacional)- Sendo o ciclo totalmente automático, cabe ao operador somente colocar o material na câmara, e iniciar o processo de esterilização. Elétrico a 220 V, trifásico ou opcionalmente 380V. Aquecimento por 3 Resistências Elétricas – confeccionada em Aço Inoxidável. Câmara construída em formato quadrado, com estrutura de aço carbono com cantoneira, tratamento anticorrosivo e pintura a base de resina epóxica, e com duas	01	Ortosintese AC 96	R\$ 94.760,00	R\$ 94.760,00



ORTOSINTESE
ORTOPEDIA | EQUIPAMENTOS




<p>câmaras, sendo a interna em chapa de aço inoxidável AISI 316L com dreno para escoamento e a externa em chapa de aço inoxidável AISI 304, com opção de AISI 316, alta resistência à corrosão, espessura da câmara interna de 5,00 mm, com acabamento polido sanitário, conforme normas da ABNT e as soldagens são feitas através de procedimentos qualificados, conforme norma ASME seção IX. Tubulação construída em aço inoxidável AISI 304, com opção em aço inoxidável AISI 316. Gerador de vapor elétrico incorporado ao equipamento, com potência em conformidade com as normas técnicas, fabricação própria, construído em aço inoxidável AISI 304. Gabinete: Conjunto é montado sobre estruturas em aço SAE 1020, com proteção anti-corrosivo em pintura metálica antiferruginosa, com acabamento laterais em chapas de aço inoxidável AISI 304. Todo o conjunto é apoiado em pés reguláveis para permitir o nivelamento do mesmo. Sistema de Braços Concêntricos movimentados uniformemente através de volante central. Equipamento de 01(uma) porta. Isolamento com Mantas de lã de rocha, com revestimento em chapa de alumínio corrugado, que proporcionam uma perfeita isolamento térmica para evitar irradiação de calor, dando um maior rendimento e conforto no ambiente de trabalho. Válvula de segurança calibrada, lacrada e com gatilho. Válvula de segurança elétrica com acionamento automático. Desligamento automático do aparelho em caso de pressão excessiva. Travamento da porta: quando a câmara</p>				
---	--	--	--	--



ORTOSINTESE
ORTOPEDIA | EQUIPAMENTOS



<p>estiver pressurizada e o nível de temperatura estiver acima do limite de segurança. Controle de temperatura por sensor tipo PT 100. Controle de pressão das câmaras por transdutor de pressão digital. Ciclo com FO incorporado. Vácuo pulsante. Entrada de 1" para câmara interna de sensores para qualificação. Sistema de Purgadores automático e auto limpantes, para total eliminação de ar condensado. Tempos programáveis. Temperaturas de processos reguláveis entre 100°C a 134° C. Teste Bowie-Dick. Material não embalada temperatura de 134°C/07 minutos de esterilização. Material embalado temperatura de 134°C/10 minutos de esterilização. Temperatura de 121° C/30 minutos de esterilização. Bomba de Vácuo – anel líquido simples estágio com potência de 1,5 CV. Ciclo total de esterilização para instrumentais e campos cirúrgicos de 45 min., com baixo consumo de energia. Filtro de carvão compactado, o qual proporciona maior proteção e filtragem contra contaminantes, com vazão de 5,0 Micras, para maior durabilidade das Resistências Elétricas. O tempo de utilização é proporcional à qualidade da água em função dos níveis de cloreto, ferro e contaminantes conforme Norma ISO 11.140, chegando a retenção de até 83%. Painel de Controle e Monitorização Microprocessador microprocessado, com display em cristal líquido com 40 caracteres com software para 8 ciclos pré-programados e ajustáveis pelo operador por intermédio de senha numérica. Tempos de processos</p>				
---	--	--	--	--



ORTOSINTESE
ORTOPEDIA | EQUIPAMENTOS



	<p>reguláveis entre 1' a 99'. Ciclos exclusivos: ciclo rápido Teste Bowie & Dick – teste "Leak test" "Prions" - Tecidos/ Instrumentais/ Líquidos/ FO.</p> <p><u>Acessórios incluso:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 01 unid. Impressora Térmica incorporada ao equipamento, a qual registra e apresenta todos os parâmetros dos ciclos utilizados.- 01 unid. Sistema de tratamento de água por Osmose Reversa possuindo 4 estágios de filtração combinados para remover materiais em suspensão, colóides, microorganismos, pirogênicos, metais pesados, sólidos dissolvidos, bactérias, vírus entre outros contaminantes, produzindo qualidade de água com Rejeição de 95 a 99% dos sais dissolvidos na água de alimentação a 25°C. No Sistema de Osmose Reversa está contido 01 Reservatório de 28 Litros, 20 litros/hora, ambos instalados internamente no equipamento.- 01 unid. Carrinho Interno Inteiriço para acomodação de materiais.- 01 unid. Carrinho Externo confeccionado em aço SAE 1020 pintado, com rodízios.			
Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 (sessenta) dias.				
Preço para o lote único (em R\$): R\$ 94.760,00 (Noventa e quatro mil, setecentos e sessenta reais).				
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).				
Data: 13 de outubro de 2021.				

PROPOSTA REAJUSTADA - VARGEM GRANDE / MA.

Rafael / Jaragua Mercantil <comercial01@jaraguamercantil.com.br>
Para: vargemgrande.licitacao@gmail.com

14 de outubro de 2021 12:00

Bom dia,


De acordo com o solicitado, segue **Proposta Reajustada de Preços do Pregão Eletrônico nº 046/2021 – CPL/PMVG**

Desde já agradeço a sua atenção,



Att.
Rafael Savarego
Jaraguá Mercantil – EIRELI

 **PROPOSTA COMERCIAL REAJUSTADA.pdf**
524K



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES



Cambe (PR), 13 de Outubro de 2.021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
ESTADO DO MARANHÃO
Rua Dr. Nina Rodrigues, n.º 20 – Centro
CEP: 65.430-000 – VARGEM GRANDE / MA.

REF: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 046/2021 – CPL/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0101.05657.2021
ENCERRAMENTO: 13/10/2021 – ÀS 13h00min.
INÍCIO DOS LANCES: 13/10/2021 – ÀS 14h30min.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO....: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL BENITO MUSSILINE DE SOUSA DE VARGEM GRANDE/MA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTA EDITAL.

Prezados Senhores:-

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.S.as., nossa proposta comercial de preços para fornecimento dos produtos abaixo descritos:

PROPOSTA DE PREÇOS


ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
006	001	UND	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO C/02 (DUAS) CÚPULAS MODELO: INP 3X3 F-MASTER MARCA: "INPROMED" PROCEDENCIA: Nacional. REGISTRO ANVISA: 80131170002	R\$ 52.950,00	R\$ 52.950,00

DESCRIPTIVO TÉCNICO

FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO C/02 (DUAS) CÚPULAS

ESPECIFICAÇÕES:

- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A LED, com sistema de iluminação na Tecnologia Led, sendo seus bulbos/placas LED compostas por lentes colimadoras e LEDs individualizados. Proporcionando: Luz fria; maior nitidez; sem incidência de sombras, raios UV e raios Infravermelhos.
- A estrutura dos equipamentos da linha INP MASTER é composta por cúpula(s) simétrica(s) em fibra de vidro, com aplicações e acabamentos em alumínio para melhor dissipação de calor.
- O(s) braço(s), garfo(s) e base são constituídos em aço 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura de epóxi.
- As movimentações dos braços e da(s) cúpula(s) são leves e utilizam sistemas de molas e freios, sem necessidade de contra pesos. Garantindo assim movimentos estáveis e precisos de: torção, flexão, basculante, vertical, horizontal e circular; Braços articuláveis que permitem uma grande gama de movimentos e rotação de 360°, garfo com dupla articulação (double-fork), ou sistema de articulação simples dependendo do local de instalação do equipamento. Permitindo que as cúpulas fiquem a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidade).
- Os focos auxiliares são dotados de base estável com pelo menos 4 (quatro) rodízios com freios, que permitem maior segurança ao usuário.
- A Linha de Foco Cirúrgico INP MASTER possui excelente coluna de luminosa permitindo ao usuário grande desempenho na iluminação do Campo Cirúrgico. Dependendo da configuração do equipamento, o mesmo poderá ser indicado para realização de Grandes, Médios e Pequenos procedimentos cirúrgicos, clínicos e ambulatoriais.
- Devido a excelente qualidade de dissipação e conjunto ótico diferenciado, as cúpulas proporcionam baixa a



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES



incidência de calor tanto na altura da cabeça do cirurgião quanto no campo operatório. Sendo o sistema de dissipação de calor é voltado para fora do campo operatório;

- Os equipamentos da Linha Master possuem Ajuste do Diâmetro do Foco realizado através da(s) Manopla(s) em Alumínio Esterilizável(is) localizada(s) no centro da(s) cúpula(s). Realizando a abertura e fechamento do diâmetro do campo luminoso os equipamentos atenderão exatamente as necessidades dos usuários durante os procedimentos cirúrgicos, aprimorando a iluminação de campo e profundidade;
- A Temperatura de Cor: Existem duas possibilidades de composição de LEDs na Linha INP MASTER, a primeira possibilidade é a Temperatura de Cor Fixa, a qual chamamos de Monocromática, que é composta apenas por LEDs Brancos com a temperatura de cor fixa em 5.000 Kelvin (K). A iluminação dos equipamentos Monocromáticos proporcionam maior estabilidade cromática durante todo o procedimento cirúrgico. A segunda possibilidade é a Temperatura de Ajustável, a qual chamamos de Multicromática, que é composta por LEDs Brancos e Amarelos e que permite ao usuário o Ajuste da Temperatura de Cor da cúpula entre 3.000 Kelvin e 5.700 Kelvin (K), proporcionando melhor conforto visual e maior qualidade na distinção dos tecidos iluminados;
- A vida útil estimada dos LEDs é de 90.000 horas;
- Iluminação especial para procedimentos de vídeo cirurgias, também conhecida como Modo Endo ou Penumbra, está disponível em todos os modelos Linha INP Master. O sistema é indicado para iluminação em procedimentos de vídeo cirurgia, evitando a interferência da luz excessiva nos monitores da torre de vídeo;
- Cada cúpula poderá possuir conjuntos de 5 a 105 leds e lentes colimadoras individualizadas;
- Sistema Endo para utilização em vídeo cirurgias;
- Manopla autoclavável em alumínio para movimentação estéril da cúpula e ajuste do diâmetro do Campo Luminoso;

Painel de comando:

- O Painel de Comando dos focos cirúrgicos da linha INP MASTER é de acionamento individual por cúpula e está localizado no braço de sustentação das cúpulas (nos equipamentos de Teto e Parede) e na base ou braço (nos equipamentos Auxiliares sobre Rodízios).
- O Painel de Comando é protegido por membrana em policarbonato ou LCD Colorido dependendo configuração a ser adquirida pelo cliente.
- Os sistemas oferecidos proporcionam precisão nos acionamentos dos comandos e facilidade na limpeza/higienização dos equipamentos.
- Os comandos integrados ao equipamento facilitam o acesso dos usuários durante os procedimentos cirúrgicos e facilitam a instalação dos equipamentos nos locais de uso.
- São os comandos existentes nos painéis de comandos: Regulador de Intensidade Luminosa (Dimmer) que permite o ajuste da potência do equipamento entre 0% a 100% da potência da cúpula; o Botão Liga Desliga da Cúpula; o Botão do Modo Endo; o Regulador de Ajuste de Temperatura de Cor, para o ajuste da Temperatura de Cor entre 3.000K e 5.700K (exclusivo nos modelos Multicromáticos);

Painel de Controle do Foco Cirúrgico INP MASTER Multicromático:

- Ajuste da intensidade luminosa de 0% a 100% potência cúpula;
- Ajuste da Temperatura de Cor (exclusivo dos modelos Multicromáticos)
- Acionamento do comando Liga / Desliga da Cúpula;
- Acionamento do Modo Endo.


Grau de proteção:

- GRAU DE PROTEÇÃO (IP): grau de proteção IP 54, o qual garante maior confiabilidade e segurança contra a penetração de líquidos e poeira no interior do equipamento;

Características técnicas:

- Vida útil do sistema de iluminação dos LED's (aproximada): 90.000 horas.
- Luminância MÁXIMA LUX (por cúpula): 120.000 + 120.000= 240.000 LUX.
- Temperatura de cor (K=kelvin): 500K.
- Índice de Reprodução de Cor (Ra): 95 ±3.
- Diâmetro do campo (por cúpula): 100 a 360 mm + 100 a 360 mm
- Profundidade (por cúpula): 1500 mm.
- Diâmetro da cúpula: 610 mm.
- Tensão de Alimentação: 110-127 V / 220-230V.
- Quantidade de Led's Equipamento: 63 + 63 = (por cúpula) 126 Leds.

ITEM	QUANT	UND	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
049	020	UND	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO CAPACIDADE 46 LITROS MODELO: CMO-8/50BR MARCA: "MOTOMIL"	R\$ 4.369,70	R\$ 87.394,00



JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI.

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES



		PROCEDÊNCIA: Nacional.	
		REGISTRO ANVISA: ISENTO	
DESCRIPTIVO TÉCNICO			
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO CAPACIDADE 46 LITROS			
Especificações:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deslocamento teórico: 227 litros/minutos – 8 pés³/minutos. ▪ Pressão máxima: 120 lbf/pol² / 8,3 bar. ▪ Pressão mínima: 80 lbf/pol² / 5,5 bar. ▪ Tempo de enchimento: 2'55" minutos. ▪ Nº de Pistão: 2. ▪ Nº de Estágio: 1. ▪ Rotação da unidade: 1750 RPM. ▪ Volume do reservatório: 46 litros. ▪ Temperatura ambiente máxima: 40°C. ▪ Controle de acionamento: Pressostato. ▪ Potência do motor: 2,0 HP / 1,5 Kw. ▪ Polos do motor: 04. ▪ Rotação do motor: 1750 RPM. ▪ Tensão de alimentação: 220 Volts (monofásico). ▪ Corrente nominal: 14 ou 6,5 ampères. ▪ Frequência: 60 Hz. ▪ Nível de ruído: 78 dB. ▪ Norma: ABNT NBR 12100/NR-13. 			
Dimensões e Peso:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Altura: 685 cm. ▪ Largura: 330 cm. ▪ Comprimento: 820 cm. ▪ Peso: 16,5 Kg. 			

TOTAL GERAL DA PROPOSTA..... R\$ 140.344,00
*******(Cento e quarenta mil trezentos e quarenta e quatro reais)*******

1. *** CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO***

- **Condições de Pagamento.....** : Até 30 (trinta) dias, conforme Edital.
- **Validade da Proposta.....** : 60 (sessenta) dias, Conforme Edital.
- **Prazo de Entrega.....** : Até 30 (trinta) dias, Conforme Edital.
- **Frete.....** : Pago (Cif).
- **I.P.I.....** : Incluso
- **Assistência Técnica.....** : Permanente, em todo Território Nacional, bem como; a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, durante o período de garantia, sem nenhum ônus para Administração.
- **Instalação e Treinamentos.....** : Incluso (por nossa conta), exceto adequação de sala e ou realização de Obras de Engenharia.
- **Garantia Equipamento.....** : 12 (doze) meses integral, exceto o uso indevido ou desgaste natural dos equipamentos. A garantia inclui peças, serviços, taxa de deslocamento e qualquer outro custo, sem nenhum ônus para à Administração.
- **Peças de Reposição.....** : 05 (cinco) anos, mesmo que os equipamentos saiam de linhas de Fabricação, e/ou sua comercialização, após o término da garantia.
- **Local de Entrega.....** : Prefeitura Municipal de Vargem Grande
: Rua Dr. Nina Rodrigues, n.º 20 – Centro
: CEP: 65.430-000 – VARGEM GRANDE / MA.
- **Responsabilidade Geral.....** : Jaraguá Mercantil – Eireli



EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES



: Rua Cerejeira, n.º 63 – Jardim Queiróz – Fone: (43) 3029-1403
: CEP: 86.192-220 – CAMBÉ / PR.

2. *****PROPONENTE*****

- Jaraguá Mercantil – Eireli
- Rua Cerejeira, n.º 63 – Jardim Queiróz
- CEP: 86192-220 – Cambé/PR.
- CNPJ: 13.390.706/0001-59
- Insc. Estadual: 90.552.349-03
- Insc. Municipal: 15.796
- Fone: (43) 3029-1403
- E-mail: [vendas@jaraguamercantil.com.br](mailto: vendas@jaraguamercantil.com.br) / [jaragua@jaraguamercantil.com.br](mailto: jaragua@jaraguamercantil.com.br)

3. *****DADOS BANCÁRIOS*****

- Banco do Brasil (001)
- Agência: 0768-4
- C/corrente: 48036-3
- Favorecido: Jaraguá Mercantil – Eireli
- CNPJ: 13.390.706/0001-59

4. *****DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (P/ASSINATURA DO CONTRATO)*****

- Nome: Laudinei Antonio Campos
- Estado Civil: Casado
- Profissão: Representante Comercial
- Endereço: Rua Elis Regina, n.º 217 – Jardim Bavária – CEP: 86082-015 - LONDRINA/PR.
- CPF: 857.114.549-00
- RG: 4.086.585-3 SESP/PR.
- Data de Nascimento: 28/07/1972

5. *****DECLARAÇÕES*****

- Declaramos que os preços acima propostos contempla todos os custos diretos ou indiretos, já estão inclusos impostos, seguros, taxas, frete e quaisquer outros encargos, pertinentes ao fornecimento dos produtos licitados. Exceto adequação de sala e ou realização de obras de engenharia.
- Declaramos que concordamos com todas as condições do presente Edital, bem como; seus anexos.

Sem mais para o momento, firmamo-nos mui,

ATENCIOSAMENTE
LAUDINEI
ANTONIO
CAMPOS:

85711454900

JARAGUÁ MERCANTIL – EIRELI

Laudinei Antonio Campos

CPF: 857.114.549-00

Assinado digitalmente por LAUDINEI ANTONIO
OASMP05.85711454900
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=40312953000151, OU=Secretaria de Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em
branco), DN=LAUDINEI ANTONIO CAMPOS,
85711454900
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.14 11:54:10-0300
Fonte: PDF Reader Versão: 11.0.1

13.390.706/0001-59


Inscr. Est.: 90.552.349-03

JARAGUÁ MERCANTIL – EIRELI

RUA CEREJEIRA, 63

JARDIM QUEIROZ

CEP 86192-220 - CAMBÉ - PR




JARAGUÁ MERCANTIL - EIRELI

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES



RG: 4.086.585-3 SESP/PR
Representante Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE/MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.05657.2021
DATA E HORA DO CERTAME: 13 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 14H30

PROPOSTA COMERCIAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social QUALIMAGE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ 31.950.325/0001-69
Endereço Rua Gelu Vervloet dos Santos, nº 590 Loja 4 Bairro Jardim Camburi, CEP 29.090-100
Cidade Vitória / ES
Dados Bancários Sicoob 756, agencia 3010, conta corrente 59.240-4
Telefone (027) 3207-7075 (027) 99791-1711
E-mail licitacao@qualimage.com.br; adm@qualimage.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Nome Darwin Lemos Carvalhaes
Estado Civil Casado sob o regime comunhão universal de bens
Nacionalidade Brasileiro, natural de Passa Quatro/MG
Endereço Rua Mogoari, 364 bairro São Geraldo, Belo Horizonte/MG CEP 31.050-740
Data Nascimento 14/02/1944
Carteira Identidade 161.690
CPF 102.302.896-49

OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL BENITO MUSSILINE DE SOUSA DE VARGEM GRANDE/MA

ITENS

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIF	UNID	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
15	DIGITALIZADOR CR: SISTEMA MONOCASSETE, DE MESA, PARA RAIOS X E MAMOGRAFIA	UNID	1	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00

COMPLEMENTO DESCRITIVO:

. Sistema de Digitalização de Imagens de Raios X e Mamografia, de mesa, por placas de fósforo, monocassete, com resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios X e 20 pixels/mm para os cassetes de Mamografia. Leitura em 50 e 100 microns. Resolução de escala de cinza 12bits/pixel. Capacidade de processamento de 47 cassetes/hora no tamanho 35x43cm e 73 cassetes/hora no tamanho 18x24cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X e Mamografia. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); Memória local de 4GB; Disco rígido (HD) local de 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de 4000 imagens; Processamento de imagem por controle de range dinâmico (DRC) e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem (de cima para baixo ou da direita para esquerda); Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Visualização em tela cheia independente do monitor a ser utilizado; Magnificação da imagem para visualização; Colimação por software da área da imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); Recorte da imagem no tamanho e na posição especificada pelo usuário; Inserção de marcações e anotações na imagem; Inserção de texto livre na imagem (Anotações); Processamento para eliminação das linhas de grade; Configuração livre para impressão de várias imagens em diversos layouts; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management.

FABRICANTE CR: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO

MARCA CR: FUJIFILM

MODELO CR: FCR PRIMA TM

REGISTRO ANVISA CR: 80022060055

FABRICANTE CONSOLE: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO

MARCA CONSOLE: FUJIFILM

MODELO CONSOLE: CONSOLE ADVANCE
REGISTRO ANVISA CONSOLE: 80022060063

FABRICANTE CHASSI: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO
MARCA CHASSI: FUJIFILM
MODELO CHASSI: IP CASS-CC BW / IP CASS -CH BW / AD CASS CH
REGISTRO ANVISA CHASSI: 80022060017

FABRICANTE ECRAN: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO
MARCA ECRAN: FUJIFILM
MODELO ECRAN: FUJI IMAGING PLATE IP-6 ST
REGISTRO ANVISA ECRAN: 80022060059

VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)
VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIF	UNID	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
16	IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS - CARACTERÍSTICAS: - SISTEMA DE IMPRESSÃO A LASER E A SECO DE FILMES RADIOLÓGICOS COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA 3 TAMANHOS SIMULTÂNEOS. RESOLUÇÃO DE 50 MÍCRONS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 4.0, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 110 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35X43CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 1 GB. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, GARANTIA DE 12 MESES - COM REGISTRO NA ANVISA	UNID	1	R\$ 25.175,00	R\$ 25.175,00

FABRICANTE: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO
MARCA: FUJIFILM
MODELO: DRYPIX EDGE
REGISTRO ANVISA: 80022060088

VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$ 25.175,00 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)
VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 25.175,00 (VINTE E CINCO MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS)

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIF	UNID	QUANT	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
17	NOBREAK - CARACTERÍSTICAS: 3.0 KVA DESCRITIVO: BIVOLT AUTOMÁTICO; ENTRADA 220V E SAÍDA 110V; TOMADA PADRÃO NBR 14136 (6 TOMADAS A + 4 TOMADAS 20 A). ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FUSÍVEL REARMÁVEL. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS. PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. GARANTIA DE 12 MESES	UNID	1	R\$ 6.150,00	R\$ 6.150,00

FABRICANTE: TS SHARA - TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA

MARCA: TS SHARA

MODELO: UPS SENOIDAL 3200

VALOR UNITÁRIO DO ITEM: R\$ 6.150,00 (SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$ 6.150,00 (SEIS MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 141.325,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

* Garantia de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de recebimento dos mesmos.

CONDIÇÕES GERAIS

Declaramos conhecer e concordar com todos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados da abertura da sessão pública.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega dos bens é de até 30 dias, contados do(a) a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, em remessa (única ou parcelada), no endereço indicado pelas Secretarias Municipais.

PAGAMENTO

O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Vitória/ES, 14 de outubro de 2021

**DARWIN LEMOS
CARVALHAES:
10230289649**

Assinado digitalmente por DARWIN LEMOS
CARVALHAES:10230289649
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC INFOCO
DIGITAL v5, OU=32311766000183,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=DARWIN LEMOS CARVALHAES:
10230289649
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.14 10:22:13-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

Qualimage Comércio Serviços e Representações Ltda
CNPJ n.º 31.950.325/0001-69
Darwin Lemos Carvalhaes
RG MG-161.690
CPF 102.302.896-49

31.950.325/0001-69

**QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E
REPRESENTAÇÕES LTDA**

Rua Gelu Vervloet dos Santos, 590, loja 4
Bairro Jardim Camburi, CEP 29.090-100
VITÓRIA – ES